MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-315	PS/CGG/52931

PRODUCTO
Tubos BD Microtainer® K2E, código de producto 365975

FINALIDAD PREVISTA
Tubos que contienen EDTA di-potásico aplicado por aspersión para anticoagular el volumen especificado de sangre obtenida por punción capilar; para la determinación de parámetros hematológicos.

N^{os} LOTE
9017588, 9017590, 9028803, 9045873

FABRICANTE
Becton Dickinson and Company, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
BECTON DICKINSON S.A., Camino de Valdeoliva, 28750 San Agustin del Guadalix, Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de los tubos BD Microtainer® K2E, debido a que no contienen suficiente aditivo K_2EDTA dentro del depósito del tubo a causa de un problema de fabricación ocurrido entre enero de 2019 y febrero de 2019, por lo que podrían producirse resultados erróneos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 13/06/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: C 7 Z 6 A 5 8 0 5 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89