ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-328	PS/CGG/52812

PRODUCTO

Pinzas de biopsia, números de referencia NLS/BFO-24-230, NLS/BFOS-24-230, NLS/BFO-24-160, NLS/BFOS-24-160

N^{os} LOTE

- Ref. NLS/BFO-24-230 a partir del número de lote 2018110301D-2
- Ref. NLS/BFOS-24-230 a partir del número de lote 2018110501D-2
- Ref. NLS/BFO-24-160 a partir del número de lote 2018120201D-2
- Ref. NLS/BFOS-24-160 a partir del número de lote 2018110501D-1

FABRICANTE

Anrei medical (HZ) Co., Ltd, China

DISTRIBUIDOR

Izasa Hospital S.L.U., Plaza de Europa 21-23, 08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona

ASUNTO

Advertencia de seguridad relativa a la nueva generación de pinzas de biopsia, debido a que cuando se corta en profundidad puede producirse sangrado si no se limita la fuerza de empuje de la pinza sobre la mucosa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa