ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-326	PS/ME/52846

PRODUCTO
Catéteres de hemodiálisis de larga duración Equistream®, Equistream® XK y Glidepath®.

REFERENCIAS Y Nº LOTE
Ver referencias y nº de lote afectados en el anexo de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Bard Access System Inc, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson, S.A., Camino de Valdeoliva, s/n, 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y de lotes de los catéteres de hemodiálisis de larga duración Equistream®, Equistream® XK y Glidepath®, debido a la posibilidad de rotura de la lengüeta de plástico del tunelizador.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 13/06/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: N S 8 9 9 4 X E 6 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89