ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-324	PS/PPR/52763

PRODUCTO
FluoroSoftware IVD usado en los FluoroCycler® 12 y FluoroCycler® 96.

FINALIDAD PREVISTA
Software utilizado para el procesamiento y análisis en los termocicladores FluoroCycler 12 y 96, para todas las técnicas FluoroType

VERSION SOFTWARE
1.3.1.5.0.12, 1.3.1.5.0.15 y 1.3.1.5.0.18

FABRICANTE
Hain Lifescience GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Hain Lifescience Spain, S.L. Parque Tecnológico y Logístico de Vigo. Carretera do Portal Parcela 15, 2ª planta, Oficinas M2.8 -M2.12, 36314 Vigo-Pontevedra

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización del software FluoroSoftware IVD a la versión 1.3.1.5.0.22, debido a que cuando se utiliza en los FluoroCycler® 12 puede producirse una finalización prematura durante la ejecución del programa de PCR.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa