MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2019-318	PS/FFG/52769

PRODUCTO
Jeringa Brilliant Peel® 0,5 ml, estériL,nº de catálogo G-81010

FINALIDAD PREVISTA
Colorante para la tinción específica de la membrana limitante interna (ILM) de la retina ocular.

Nº LOTE*:*
BP 0.5S 300718

FABRICANTE
Fluoron GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Optimum Vision Care S.A., carretera Torrejon-Ajalvir (km 5,200)28864, Ajalvir, Madrid.

ASUNTO
Cese de la utilización y retirada del mercado del lote BP 0.5S 300718, de la jeringas Brilliant Peel® 0,5 ml, nº de catálogo G-81010, debido a la resistencia del émbolo de la jeringa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 13/06/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: L B 8 T J Y W 4 F 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89