ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-327	PS/ME/52881
PRODUCTO Pleur-Evac, referencias S-1100-08LF y S-1200-08LF.	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de drenaje torácico.	
Nº LOTE Ver n^{os} de lote afectados en el anexo de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Teleflex Medical, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR G.S.A. Norte, S.A., C/ Augusto Junquera, 23-25, 33012 Oviedo, Asturias.	
ASUNTO Advertencias de seguridad debido a que en las instrucciones de uso de determinadas referencias y números de lote de los sistemas Pleur-Evac, se identifican incorrectamente las mediciones de incremento de cámara de captación del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso de la empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 17/06/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: A 5 K F 3 4 3 7 5 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89