ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-334	PS/CGG/53009

PRODUCTO
Módulo de control del sistema (SCM) Alinity ci-series (Ref. 03R70-01); configurado con el módulo de procesamiento Alinity i.

FINALIDAD PREVISTA
Unidad que permite controlar el módulo de procesamiento Alinity i (Inmunoensayo) del sistema integrado de bioquímica e inmunoensayo Alinity ci-series.

FABRICANTE
Abbott GmbH & Co.KG, Alemania

DISTRIBUIDOR
Abbott Diagnostics European Distribution, 65205 Wiesbaden, Alemania

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización del software del sistema Alinity ci-series a la versión 2.6.2, debido a la posibilidad de que se reutilicen las cubetas de reacción (CR) y se obtengan resultados incorrectos para cualquier ensayo Alinity i, si el sistema pasa de estar procesando un análisis, al estado Detenido y luego al estado En Espera.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa