MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2019-341	PS/FFG/52740

PRODUCTO

- Tubo endotraqueal Sheridan , óptimo ajuste.
- Tubo endotraqueal Sheridan.
- Tubo endotraqueal Sheridan HVT.
- Tubo endotraqueal Sheridan HVT EZ-Endo.
- Tubo endotraqueal preformado Sheridan.
- Tubo endotraqueal sin balón Sheridan.

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Teleflex Medical , Irlanda.

DISTRIBUIDOR

Ibersurgical Sl. Calle del Valle de la Ballestera, 64, 46015 Valencia.

ASUNTO

Cese de la utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del tubo endotraqueal Sheridan, debido a la posibilidad de que el conector de 15 mm se desconecte del tubo endotraqueal y por tanto del circuito de respiración resultando en una oxigenación insuficiente de los pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/06/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: W B W D X T X 5 D 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89