MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-346	PS/MTM/51558
PRODUCTO Paños para instrumental oftalmológico Visitec® Visiwipe 7.3x7.3cm, referencia 581047	
Nº LOTE 18B0431, 18B0542, 18C0753, 18F1889, 18J2671	
FABRICANTE Beaver-Visitec International Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Medical Mix S.L.U., C/ Amposta 20, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que en los envases individuales de determinados lotes de paños para instrumental oftalmológico Visitec® Visiwipe la fecha de caducidad y el número de lote grabados no sean legibles.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 25/06/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: E 3 Y L Y T 8 9 6 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89