ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-340	PS/PRV/52713

PRODUCTO
Multisuero humano analizado de nivel 2, nº de catálogo HN1530.

FINALIDAD PREVISTA
Multisuero humano usado en el control de calidad de ensayos de diagnóstico in vitro para el control de la exactitud del análisis.

Nº LOTE
13006UN, 1308UN, 1309UN

FABRICANTE
Randox Laboratories Ltd, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Laboratorios Randox, SL., c/ Prat de la Riba 226,1º, 08901 Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización de las hojas de valores de determinados lotes del control multisuero humano analizado de nivel 2, debido a que los valores objetivo de control de la serie RX y los intervalos de ALT, Bicarbonato y gamma-GT han sido asignados incorrectamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso de la empresa.