# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2019-344 | PS/PRV/52811 |

**PRODUCTO**

- Sistema AXIOM Artis con generador A100.
- Sistema ARTIS Zee con generador A100.

**FINALIDAD PREVISTA**

Sistemas integrales de angiografía digital.

**FABRICANTE**

Siemens Healthcare GmbH, Alemania.

**DISTRIBUIDOR**

Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.

**ASUNTO**

Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de fallo del generador A100 de los sistemas AXIOM Artis y ARTIS Zee debido a un problema de tolerancia en la fuente de alimentación del control del generador por encima de un valor específico.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios**
**Fecha de la firma: 25/06/2019**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es*
**Localizador: 4 X 2 3 K 9 4 5 8 3**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es



C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89