ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-349	PS/NA/53126

PRODUCTO

Catéter uretral/ Sonda O´Neil Pennine, códigos de producto NC-1514, NC-1512, NC-1510.

Nº LOTE

Del 01E14 al 01E19.
Productos fabricados entre el 01 de mayo de 2014 y el 01 de Mayo de 2019.
Todos los lotes con fecha de caducidad hasta mayo del 2024.

FABRICANTE

Pennine Healthcare, Reino Unido.

DISTRIBUIDORES

- ALSSA MEDICAL S.L., Avda. Marina 56 A, Pol. Ind. Can Calderón, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona.
- Suministros Hospitalarios S.A. C/ Tortosa 199, 08918 Badalona, Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados códigos y lotes del catéter Uretral Pennine, debido a que los productos podrían no ser estériles.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.