ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-357	PS/AG/53214

PRODUCTO
Brazo de panel de control central (largo), modelo MAJ-1664, referencia K10021798.

FINALIDAD PREVISTA
Brazo diseñado para permitir el uso de una gama de monitores de pantalla plana compatibles en los carros de transporte WM-NP2 o WM-DP2 (WM-NP2/DP2) y el carro de transporte compacto TC-C4.

Nº LOTE
Todos los números de lote anteriores a 606852 cuando se utilizan con los carros de transporte WM-NP2 o WM-DP2.

FABRICANTE
Keymed (Medical & Industrial Equipment), Ltd., Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia S.A.U., plaza Europa, 29-31, Hospitalet de Llobregat, 08908 Barcerlona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso del brazo de panel de control central MAJ-1664 debido a que cuando se utiliza con determinados carros de transporte podría desestabilizarse y caerse.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Instrucciones de uso actualizadas

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 01/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Z 6 A N 4 V G 6 5 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89