MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2019-359	PS/NC/53070

PRODUCTO

- Mascarilla facial con almohadilla de aire Hudson RCI, neonatos
- Mascarilla facial con almohadilla de aire Hudson RCI, lactantes
- Mascarilla facial con almohadilla de aire Hudson RCI, con válvula, neonatos
- Mascarilla facial con almohadilla de aire Hudson RCI, con válvulas, lactantes

FINALIDAD PREVISTA

Mascarillas para resucitación y anestesia.

Nº LOTE

Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Teleflex Medical , Irlanda.

DISTRIBUIDOR

Teleflex Medical, C/Quito, s/n Nave 1-5 Pol.Ind.Camporroso, 28806 ALCALÁ DE HENARES.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de las mascarillas faciales con almohadilla de aire Hudson RCI, debido a que se han distribuido erróneamente después de que el marcado CE les fuese retirado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 01/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: D X F E S D 5 D 6 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89