ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-358	PS/SSH/53153

PRODUCTO
Circuito respiratorio Flextube pediátrico de 15mm con cable calentador. Referencias: I4504850, I4523850, I4527850.

FINALIDAD PREVISTA
Ventilación mecánica con humidificación activa de pacientes pediátricos en cuidados intensivos.

Nº LOTE
Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Intersurgical Ltd., Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
INTERSURGICAL, C/ Plasencia 39, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y lotes del circuito respiratorio Flextube pediátrico de 15mm con cable calentador, debido a la posibilidad de que pueda provocar quemaduras cuando el circuito se utilice con flujos por debajo de 5 litros/minuto, próximo al paciente, y la sonda de temperatura se inserte en la pieza en Y, donde podría indicar lecturas de temperatura inspiratorias más frías, resultando en temperaturas más calientes en el cable calentador.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.