MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-356	PS/CH/52453

PRODUCTOS

Electrodos multifunción para adultos Mindray, referencia MR62 compatibles con los desfibriladores Mindray Beneheart D1, D2, D3, D5, D6.

LOTES AFECTADOS

Ver lotes afectados en la Nota de Aviso de la empresa.

FABRICANTE

Leonhard Lang GmbH, Austria.

DISTRIBUIDOR

Mindray Medical España, S.L., sita en Av. de Burgos, 114, edificio Cetil I, 28050 Madrid.

ASUNTO

Cese de la utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de electrodos multifunción Mindray, fabricados por Leonhard Lang GmbH, compatibles con desfibriladores Beneheart D1, D2, D3, D5, D6, debido a la posibilidad de que el par de electrodos no pueda registrar un ECG ni suministrar energía.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 01/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Z X N C 4 6 D 4 7 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89