ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-361	PS/MTM/53138

PRODUCTO

- Destornillador DVR® Crosslock ePAK™, referencia 212000002, con fecha de caducidad anterior al 30 de abril de 2024.
- Medidor de profundidad DVR® Crosslock ePAK™, referencia 212000003, con fecha de caducidad anterior al 30 de abril de 2024.
- Aguja Kirschner con Punta Trocar, referencia 212000008, con fecha de caducidad anterior al 30 de abril de 2029.
  La referencia 212000008 podría encontrarse en cajas con la etiqueta DePuy.

FABRICANTE

Biomet Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Zimmer Biomet Spain, S.L.U., C/ Metalurgia 32, 08038 Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas unidades del destornillador DVR® Crosslock ePAK™, medidor de profundidad DVR® Crosslock ePAK™ y Aguja Kirschner con Punta Trocar, debido a que la esterilidad de los productos podría estar comprometida por un sellado deficiente del envase estéril.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa a los distribuidores
- Nota de aviso empresa a los centros

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 03/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 3 X C 9 Y 2 8 D D 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89