ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2019-354	PS/FFG/52880

PRODUCTO
VIP RIA (polipéptido vasoactivo intestinal), modelo RB311/RB311RUO

FINALIDAD PREVISTA
Kit de radioinmunoesnayo para la medida cuantitativa in vitro del polipéptido vasoactivo intestinal (VIP) en plasma humano.

Nº LOTE
191601

FABRICANTE
DIAsource ImmunoAssays S.A., Bélgica.

DISTRIBUIDOR
DIAsource Iberia S.L.Unipersonal, Avinguda Josep Tarradellas, 38, 08029 Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y cese de utilización del lote 191601 del radioinmunoensayo VIP RIA debido a que los 2 controles del kit podrían caer fuera de los rangos aceptables definidos, lo que podría llevar a ensayos no válidos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa