ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-351	PS/CH/53210

PRODUCTOS AFECTADOS
Sistema Philips Incisive de Tomografía Computarizada.

Nº DE SERIE
La empresa indicará a cada centro en la nota de aviso el código de producto y configuración afectada.

FABRICANTE
Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd., China

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A., sita en C/ María de Portugal, 1 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a que en determinados sistemas Philips Incisive de Tomografía Computarizada, el espacio entre la parte superior de la mesa y la cubierta de la camilla puede ser lo suficientemente grande como para enganchar potencialmente una vía intravenosa o ropa ancha del paciente, cuando se saque la camilla del estativo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 03/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: P A 6 7 A Y B F 6 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89