MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-374	PS/PPR/52912

PRODUCTO
Sistema de bomba de insulina Accu-Chek® Insight

FINALIDAD PREVISTA
Bomba para la administración subcutánea continua de insulina de efecto corto o insulina análoga de acción rápida.

FABRICANTE
Roche Diabetes Care GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Roche Diabetes Care S.L., Avenida de la Generalitat, 164-166, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y recomendaciones actualizadas para la verificación del correcto funcionamiento del sistema de bomba de insulina Accu-Chek® Insight tras sufrir una caída, golpe o daño.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa para profesional sanitario.
- Nota de aviso empresa para paciente
- Nota informativa AEMPS PS, 16/2019

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: W F C 3 4 S P B 8 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89