MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-365	PS/MTM/53258

PRODUCTO

Caja de instrumental para hombro inverso Comprehensive – Exterior, referencia 595509 (solo caja reforzada externa); y caja de instrumental para hombro inverso Comprehensive – Total, referencia 595510 (solo caja reforzada externa).

FABRICANTE

Biomet Orthopedics, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Zimmer Biomet Spain, S.L.U., C/ Metalurgia 32, 08038 Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de las cajas de instrumental para hombro inverso Comprehensive – Exterior (solo caja reforzada externa) y de las cajas de instrumental para hombro inverso Comprehensive – Total (solo caja reforzada externa), debido a que no se ha efectuado una validación adecuada de la esterilización.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 15/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 7 4 B A N X W D D 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89