MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-376	PS/CGG/53438

PRODUCTOS
SOMATOM Force, SOMATOM Definition AS, SOMATOM Definition Edge, SOMATOM Definition Flash, SOMATOM Drive, SOMATOM Confidence, SOMATOM Edge Plus

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas de tomografía computarizada para la exploración de todo el cuerpo

VERSION SOFTWARE
Syngo CT VB10A

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Av. Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización del software de determinados sistemas de tomografía SOMATOM a la versión S*yngo* CT VB20, debido a la posibilidad de que se produzcan problemas de software relacionados con la seguridad en la versión S*yngo* CT VB10A.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 17/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: D S R D Y K R C 7 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89