MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2019-367	PS/NC/53270

PRODUCTO
Equipo de cateterismo arterial.

Nº LOTE
Ver códigos de producto y nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Teleflex Medical , Irlanda.

DISTRIBUIDOR
DIREX, S.L., C/ Panamá Nº1, 38009 Santa Cruz de Tenerife, Canarias.
HELIANTHUS MEDICAL, C/Fisicas, 67 - Pol.Ind.Urtinsa II, 28923 Alcorcón, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a que determinados códigos de producto y lotes del Equipo de cateterismo arterial pueden contener un manual de instrucciones incorrecto que corresponde al producto de cateterismo epidural.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 17/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 7 3 7 A S G A 1 3 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89