ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-393	PS/SSH/53429

PRODUCTO

- MAGNETOM Aera. Referencia 10432914.
- MAGNETOM Skyra. Referencia 10432915.
- MAGNETOM Spectra. Referencia 10837643.
- MAGNETOM Prisma. Referencia 10849582.

FINALIDAD PREVISTA

Sistema destinado a su uso como dispositivo de diagnóstico por resonancia magnética (MRDD).

Nº SERIE AFECTADOS EN ESPAÑA

42266, 46246, 141420.

FABRICANTE

Siemens Healthcare GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci, 15, Getafe, 28906 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad, debido a la posibilidad de que la compuerta en el sistema de ventilación de quench, de los sistemas MAGNETOM Aera, Skyra, Spectra y Prisma, suministrados desde mayo de 2014, pueda estar abierta si se ha empleado el conducto horizontal, lo que podría provocar una fuga de helio.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.