MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-402	PS/PF/53498

PRODUCTO

Sistemas de desbridamiento de heridas:

- Pulsavac® Plus AC, referencia 00-5150-476-01 y 00-5150-486-01
- Pulsavac® Plus, referencia 00-5150-482-00 y 00-5150-482-01

Nº LOTE

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Zimmer, Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR

Zimmer Biomet Spain, S.L.U., C/ Metalurgia 32-34, 08038 Barcelona

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los Sistemas de desbridamiento de heridas Pulsavac® Plus y Pulsavac® Plus AC, debido a que en determinadas unidades, se podría desencajar fácilmente el bloqueo de las puntas y no fijar correctamente la punta a la carcasa, pudiendo provocar que tanto la punta como el bloqueo se caigan de la carcasa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 22/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 3 7 6 7 Z 7 S F 7 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89