ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-388	PS/CH/53152
PRODUCTOS Desfibrilador Externo ZOLL AED PRO	
Nº DE SERIE AFECTADOS La empresa indicará remitirá a cada centro, en la nota de aviso, el número de serie de los equipos afectados.	
FABRICANTE ZOLL Medical Corporation, EEUU.	
DISTRIBUIDOR ZOLL Medical España, Sita en Paseo de la Castellana 135, 7ma planta 28046, Madrid	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados números de serie de los desfibriladores Externos ZOLL AED PRO, distribuidos entre marzo de 2018 y junio de 2019, debido a la posibilidad de que se produzca una avería por aislamiento en la placa del circuito interno, evitando que se aplique el choque eléctrico al paciente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	