ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-399	PS/CH/53285
PRODUCTOS Cables troncales y juego de latiguillos de ECG	
Nº DE LOTE Ver nº de referencia y GTIN (nº UDI) afectados en los apéndices A y B de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE GE Healthcare Finland Oy, Finlandia.	
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España, SAU, sita en C/Gobelas, 35-37, 28023 Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad y reemplazo de determinados cables troncales y juego de latiguillos de ECG, debido a la posibilidad de que se produzca una reducción de energía durante la desfibrilación.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	