ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-386	PS/CH/52665

PRODUCTOS

PRODUCTO	**CODIGO DE PRODUCTO**
ALT/GPT (IFCC) con fosfato de piridoxal	981769 and 981361
LDH (IFCC)	981906
LDH (SCE)	981781 and 981383
α-HBDH	981380
Creatine Kinase (IFCC)	981828 and 981829
Urea	981820 and 981818
Glucose (Hexokinase) sin blanco de muestra	981779 and 981304

FABRICANTE
Thermo Fisher Scientific Oy, Finlandia.

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Diagnostics, S.LU. Avda. Alcalde Barnils, 70, 2ª planta, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de determinadas pruebas que usan el principio de reacción de NAD(H) o NADP(H) debido a posibles interferencias con medicamentos que contengan sulfasalazina y sulfapiridina, por lo que podrían producirse resultados reducidos o elevados falsos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa