ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-380	PS/PRV/53499

PRODUCTO

Agujas GRIPPER® y bandejas PORT-A-CATH® con Agujas GRIPPER®

Nº DE PRODUCTO Y Nº DE LOTE

- Agujas GRIPPER® individuales fabricadas entre el 11 de junio de 2018 y el 21 de febrero de 2019.
- Bandejas PORT-A-CATH® con agujas GRIPPER® afectadas

Ver referencias y lotes afectados en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Smiths Medical ASD Inc, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Smiths Medical España, S.R.L., Av. Diagonal, 635, 08028 Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de agujas GRIPPER y bandejas PORT-A-CATH que contienen las agujas GRIPPER® afectadas, debido a que las agujas pueden estar obstruidas o bloqueadas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa