MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2019-387	PS/CV/EM/3830

PRODUCTO

- Set de soluciones de calentamiento (soluciones), modelo 205.
- Kit de Calentamiento (soluciones + placa), modelo 102.
- Kit de soluciones de vitrificación (soluciones), modelo 110.
- Kit de Vitrificación (soluciones + placa + cryotec), modelo 101.

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de criopreservación mediante el cual se consigue la vitrificación y desvitrificación de ovocitos y embriones de preimplantación.

FABRICANTE

REPROLIFE INC, Japón

ASUNTO

Cese de la utilización y retirada del mercado de determinados kits de vitrificación Cryotech debido a que se han distribuido sin disponer del correspondiente certificado de marcado CE.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 22/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 2 D A J B B D 0 D 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89