ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-414	PS/CH/53284

PRODUCTO

Bombas de insulina MiniMed™ Paradigm™ 512/712
Bombas de insulina MiniMed™ Paradigm™ 515/715
Bombas de insulina MiniMed™ Paradigm™ 522/722
Bombas de insulina MiniMed™ Paradigm™ Veo 554/754
Bombas de insulina MiniMed™ 508

FINALIDAD PREVISTA

Administración continua de insulina para el control de la diabetes mellitus en personas que requieren insulina.

VERSION SOFTWARE

Bombas MiniMed™ Paradigm™ Veo 554/754: versiones de software 2.5 y 2.6

FABRICANTE

Medtronic MiniMed, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Medtronic Ibérica, S.A., C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con posibles vulnerabilidades de ciberseguridad identificadas en determinadas bombas de insulina MiniMed™ Paradigm™ y MiniMed™ 508.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa para profesionales sanitarios
- Nota de aviso empresa para pacientes
- Nota de aviso empresa para distribuidores
- Nota informativa AEMPS PS, 17/2019