ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-412	PS/CGG/53611

PRODUCTOS

- Mölnlycke® Exufiber® Ag+ 20x30cm x 5 pcs (Ref. 603407-00)
- Mölnlycke® Exufiber® Ag+ 5x5cm x 10 pcs (Ref. 603401-00)

FINALIDAD PREVISTA

Apósitos de fibra gelificante con plata diseñados para heridas con exudado entre moderado y alto: úlceras venosas en piernas y úlceras de pie diabético.

N^{os} LOTE AFECTADOS EN ESPAÑA

- Ref. 603407-00: lote afectado 19028520
- Ref. 603401-00: lote afectado 19028513

FABRICANTE

Mölnlycke Health Care AB, Suecia

DISTRIBUIDOR

Mölnlycke Health Care S.L., Avenida de la Vega 15, Edificio 3, 28108 Alcobendas, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinadas referencias y lotes de los apósitos Mölnlycke® Exufiber® Ag+, debido a que se han suministrado con una versión incorrecta de las instrucciones de uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Instrucciones de uso correctas

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 25/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: R S T 6 V X B 8 1 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89