ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-407	PS/MTM/53108

PRODUCTO
Equipo de urodinámica, modelo U3-1 Solar Blue en poste

FINALIDAD PREVISTA
Realización de investigaciones urodinámicas y de manometría anorrectal así como para asistir a los especialistas en la realización de estudios urodinámicos específicos, analizando los datos recogidos, preparando los informes escritos y archivando la información del paciente y de sus estudios.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Medical Measurement Systems B.V., Holanda.

DISTRIBUIDOR
Medicina y Mercado, S.L., C/ Álvarez 25, 28029 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y reemplazo de la fuente de alimentación de determinados equipos de urodinámica, modelo U3-1 Solar Blue en poste, debido al posible riesgo de incendio.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa