MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-377	PS/PF/53433

PRODUCTO
E.MOTION UC/PS TIB.PLAT.C'LESS µCAP T7R, Referencia NB797K

FINALIDAD PREVISTA
Platillo tibial modular derecho no cementado que forma parte del sistema de endoprótesis de rodilla E. Motion

Nº LOTE
51725563A

FABRICANTE
Aesculap AG, Alemania

DISTRIBUIDOR
B. Braun Surgical, S.A., Ctra. de Terrasa 121, 08191 Rubi, Barcelona

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 51725563A del producto E.MOTION UC/PS TIB.PLAT.C'LESS µCAP T7R, debido a que por error en el etiquetado del envase externo figura como NB745K - E.MOTION UC/PS TIB.PLAT.C'LESS µCAP T5L – LOT: 52068563A.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 25/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Y 3 R L L 4 E C 2 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89