ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-425	PS/CGG/53740

PRODUCTOS

Sistemas de tomografía:

- Ingenuity CT
- Ingenuity Core 128
- Ingenuity Core
- Brilliance iCT
- Brilliance CT 64
- Ingenuity TF PET/CT
- Vereos PET/CT

SISTEMAS Y NÚMEROS DE SERIE

La empresa remitirá a cada centro, en la nota de aviso, los datos del Sistema, configuración ID y números de serie afectados.

VERSIONES SOFTWARE

4.x, 3.x, 2.x

FABRICANTE

Philips Healthcare, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica S.A.U., C/ María de Portugal 1, 28050 Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que en determinados sistemas de tomografía de Philips con versiones de software 4.x, 3.x y 2.x, se produzca un etiquetado incorrecto de la fase de la imagen en Paso y Disparo (Step & Shoot).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 29/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Y X P R 5 Y 7 D 4 B