ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-422	PS/PPR/53505

PRODUCTO
Alpha Conducting Solution (ACS) 15 ml y Alpha Conducting Solution Refill (ACSR) 250 ml utilizados con los productos de estimulación Alpha-Stim M y Alpha-Stim AID.

FINALIDAD PREVISTA
Solución para favorecer la conductividad eléctrica en los dispositivos de estimulación electroterapia Alpha-Stim M & AID indicados para el insomnio, la depresión y el dolor.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Electromedical Products International, Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR
BioforMed Aesthetic SL, calle Amadeo Arias nº 15 7ª, Valladolid 47014

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de las soluciones ACS y ACSR utilizadas con los productos de estimulación Alpha-Stim M y Alpha-Stim AID debido a que no cumplen con los requisitos de eficacia antimicrobiana.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa