MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-415	PS/AG/53357

PRODUCTO
Sistemas de Monitorización Continua de Glucosa Dexcom G4 Platinum y Dexcom G5 para móvil.

FABRICANTE
Dexcom Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Novalab Ibérica, Calle Argentina, 2, 28806 Alcalá de Henares (Madrid).

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a que algunos iconos de la guía del usuario de los sistemas Dexcom G4 Platinum y Dexcom G5 para móvil, que sirven para dar información sobre los dispositivos, no emiten alertas o alarmas acústicas como aviso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa PS-18/2019

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 31/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: C 2 T 5 6 8 C 7 0 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89