MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-438	PS/PRV/53632

PRODUCTO
Sistema InterVapor®. Modelo UM-GEN-100.

FINALIDAD PREVISTA*
El sistema InterVapor® está indicado para el tratamiento de pacientes con enfisema heterogéneo en el lóbulo superior a fin de conseguir la reducción del volumen pulmonar (RVP) mediante broncoscopia.

FABRICANTE
Uptake Medical Technology Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Suministros Hospitalarios S.A., C/ Tortosa 199, 08918 Badalona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y restricción del uso de los sistemas InterVapor® a pacientes con trastornos hemorrágicos, sometidos a tratamiento con anticoagulantes o que sufran afecciones cardiovasculares inestables y otras enfermedades concurrentes, debido al riesgo significativamente mayor de complicaciones.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 31/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: E B S T Q 2 K 6 E E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89