MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-434	PS/AG/53781
PRODUCTO Sistemas da Vinci Xi® y da Vinci X®	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de control de instrumentos endoscópicos para ayudar durante procedimientos quirúrgicos.	
Nº SERIE Ver n^{os} de serie afectados en el anexo de la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Intuitive Surgical Inc, EEUU	
DISTRIBUIDOR ABEX Excelencia Robótica S.L, Paseo de la Castellana, 95, 28046 Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad debido a que las placas de circuito impreso instaladas en determinados carros de visión lateral (VSC) y carros del lado del paciente (PSC) de determinados Sistemas da Vinci Xi y da Vinci X incluyen un componente potencialmente defectuoso, lo que podría ocasionar la pérdida del campo de visión o errores no recuperables 307 o 319 impidiendo seguir usando el sistema.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 31/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: N C E V 5 7 K C 8 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89