MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-432	PS/SSH/53780

PRODUCTO
Folato ADVIA Centaur. Referencias: 06367974 y 06891541.

FINALIDAD PREVISTA
Kit de quimioluminscencia para la determinación *in vitro* de folato (vitamina B9).

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Limited, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci, 15, Getafe, 28906 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que el ensayo de Homocisteína pueda interferir intermitentemente con el ensayo del Folato, en los sistemas ADVIA Centaur®, ADVIA Centaur® XP, ADVIA Centaur® XPT, cuando se utilicen muestras de suero y el primer replicado de Folato se ejecute inmediatamente después del ensayo de Homocisteína.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 31/07/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: V 2 V T F X Q 1 A 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89