ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-435	PS/PRV/53509

PRODUCTO

- Sistema de microtomo de cartílago. Referencia 990-001
- Palanca de sustitución de microtomo de cartílago. Referencia 990-003

FINALIDAD PREVISTA

Instrumento reutilizable diseñado para utilizarse en intervenciones otorrinolaringológicas a fin de obtener cortes precisos de muestras de cartílago.

Nº LOTE

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Grace Medical, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Neomedic, S.A, Calle Puerto de la Morcuera 13, Local 23. 28919 Leganés. Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con la utilización de los sistemas de micrótomos de cartílago, referencia 990-001, y la forma de insertar y/o extraer las cuchillas revestidas de PTFE inoxidables desechables, ref. 990-002, diseñadas exclusivamente para su uso con dichos micrótomos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa