MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-433	PS/SSH/52315

PRODUCTO

Andadores Rolator de aluminio 'Ergo' modelo 323NPU LIGERO. Referencia AD150, fabricados entre los años 2014 y 2018.

Nº LOTE AFECTADOS EN ESPAÑA

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

DIETZ GmbH Reha-Produkte, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Ayudas Tecno Dinámicas S.L., C/ Llobregat 12, Santa Perpètua 08130, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso, debido a la posibilidad de que el andador Rolator de aluminio 'Ergo' pueda volcarse o romperse por el armazón superior, cuando se disponga con las empuñaduras completamente extendidas y se utilice en terrenos irregulares. Los productos que se encuentran en la cadena de distribución, serán retirados del mercado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa con fecha de 20 de junio.
- Nota de aviso de la empresa con fecha de 4 de julio.
- Nota informativa de la AEMPS PS, 19/2019.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 01/08/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: B K 5 T D 7 A D 8 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89