MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-431	PS/ME/53775
PRODUCTO GE OEC Fluorostar Compact, GE OEC Fluorostar Series y GE OEC Fluorostar Compact D	
FINALIDAD PREVISTA Sistemas radiológicos de obtención de imágenes con fines diagnósticos.	
Nº SERIE Ver nº de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE GE OEC Medical Systems GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España SAU, C/ Gobelas, 35-37, 28023 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de fallo de la tarjeta de sistema del brazo en C de determinados sistemas Fluorostar, lo que podría llevar a la pérdida de funcionalidad de la imagen.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	