ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-437	PS/PF/53777

PRODUCTO
Sistema Philips de Rayos-X Azurion

FINALIDAD PREVISTA
Los sistemas Philips de Rayos-X Azurion se utilizan para las siguientes aplicaciones:

- Guía de imágenes para diagnóstico, procedimientos quirúrgicos intervencionistas y mínimamente invasivos en las siguientes áreas de aplicación clínica: procedimientos vasculares, no vasculares, cardiovasculares y neurológicos.
- Aplicaciones de adquisición de imágenes cardiacas, incluido diagnóstico, procedimientos quirúrgicos intervencionistas y mínimamente invasisvos.

Nº SERIE
La empresa indicará a cada centro, el número de serie afectado, en la nota de aviso.

VERSION SOFTWARE
R1.2

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Paises Bajos

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U., María de Portugal 1, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que los Sistemas Philips de Rayos-X Azurion con versión de software R1.2 tarden hasta 7 minutos en encenderse tras su apagado completo si han estado conectados al suministro de alimentación eléctrica durante más de 50 días.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa