ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-446	PS/SSH/53876

PRODUCTO
Agar A7 Mycoplasma (MYCO). Referencia: 43003.

FINALIDAD PREVISTA
Medio selectivo destinado al cultivo de los micoplasmas *Ureaplasma* spp. y *Mycoplasma hominis* a partir de muestras urogenitales.

Nº LOTE
1007415500.

FABRICANTE
bioMérieux Inc., Francia.

DISTRIBUIDOR
bioMérieux España, C/ Manuel Tovar, 45-47, 28034 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad, debido a la posibilidad de que existan problemas de estabilidad en el producto Agar A7 Mycoplasma después de choque térmico, generando problemas de crecimiento de *Ureaplasma* spp, y la obtención de resultados falsos negativos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 05/08/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: S G R 2 A Q S 7 A 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89