ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-447	PS/SM/53776

PRODUCTO
Agujas intersticiales de acero inoxidable, calibre 17. Números de catálogo GM11009500, GM11009510, GM11009520 y GM11009530

FINALIDAD PREVISTA
Tratamientos intersticiales de radiación en tejidos blandos mediante braquiterapia

Nº LOTE
R43, S46, T11, T15, T28, T39, T48, U13

FABRICANTE
Varian Medical Systems, EEUU

DISTRIBUIDOR
Varian Medical Systems, Avenida de Europa, 16, 2ª, Alcobendas 28108, Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de las agujas intersticiales de acero inoxidable de calibre 17, debido a un problema en el proceso de fabricación que podría hacer que la fuerza lateral aplicada a la punta del trocar haga que la soldadura se fragmente y la punta se desprenda.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa