ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-450	PS/CGG/53771

PRODUCTO

- Somatom go.UP, GTIN: 04056869051321
- Somatom go.Now, GTIN: 04056869051307
- Somatom go.All, GTIN: 04056869151588
- Somatom go.Top, GTIN: 04056869151595

FINALIDAD PREVISTA

Sistemas de tomografía computarizada con bajas dosis y flujo de trabajo móvil para la exploración de todo el cuerpo.

FABRICANTE

Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd, China.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con la posible caída del soporte del inyector junto con el inyector y la caja de almacenamiento opcional de los sistemas de tomografía SOMATOM go, cuando el operador los gira horizontalmente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 06/08/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 2 E W R Z 8 B D 3 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89