MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-448	PS/NA/53818
PRODUCTO Mango de bisturí electroquirúrgico referencia MB-100.	
Nº LOTE 190408.	
FABRICANTE Zhejiang Jinhua Huatong Medical Appliance Co., Ltd. China.	
DISTRIBUIDOR TELIC S.A.U. Polígono Industrial Can Barri, C/ Molí dén Barri, 7, 08415 Bigues i Riells, Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 190408 de los mangos de bisturí electroquirúrgico, referencia MB-100 debido a un posible fallo en la esterilización del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 06/08/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Y D Z Q 8 R 9 E 2 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89