MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-451	PS/AG/53843

PRODUCTO
Polvos KaVo RONDOFlex 27µm 1000g, referencia 1.000.5957

FINALIDAD PREVISTA
Partículas de óxido de aluminio que se utilizan con el sistema de abrasión KaVo RONDOFlex plus 360, a través de un chorro de aire a alta velocidad, para eliminar de forma suave y relativamente indolora, el material de la superficie del diente.

Nº LOTE
2019043001

FABRICANTE
KaVo Dental GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
- PROCLINIC, S.A, calle Palermo, 9, 50197, Zaragoza.
- DENTAL VENTA DIRECTA, S.A., calle Murcia, 35 naves A-B, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 2019043001 de los polvos KaVo RONDOFlex 27µm 1000g, debido a que podría contener partículas metálicas (acero inoxidable).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 06/08/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: A 5 N 7 5 T E B 2 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89