ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-454	PS/SSH/53965

PRODUCTO
Alinity i Total β-hCG Reagent Kit (equipo de reactivos). Referencia: 07P5130.

FINALIDAD PREVISTA
Inmunoensayo quimioluminiscente para la detección y cuantificación de la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana (β-hCG) en muestras de suero y plasma en el analizador Alinity i.

Nº LOTE
01178UI00.

FABRICANTE
Abbott Ireland Diagnostics Division, Irlanda.

DISTRIBUIDOR
Abbott Diagnostic European distribution, Wiesbaden.

ASUNTO
Advertencias de seguridad, debido a que el frasco del conjugado (7P51H), del equipo de reactivos Alinity i Total β-hCG del lote 01178UI00, presenta un volumen nominal de llenado inferior, no siendo suficiente para realizar 600 determinaciones y limitándolas aproximadamente a 393.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.